

11/TP/2022

Dobre Miasto, dnia 29-03-2023

*Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście  
ul. Grunwaldzka 10b  
11-040 Dobre Miasto*

*do wiadomości uczestników*

*postępowania*

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym **na doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny** (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00488581/01 z dnia 2022-12-11).

**Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

**Pakiet nr 2** Czy zamawiający dopuści myjnię endoskopową z licznikiem ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczającym cykle od momentu wymiany środka, z możliwością wydruku dowolnej ilości kopii raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji, posiadającą minimum jedną przepływową lampę UV i automatyczny test szczelności sygnalizujący dźwiękowo informację o nieszczelnym endoskopie. Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymogów wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 1** - opis parametrów wymaganych – zał. nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Części nr 1 wyposażenia (np. Szafa endoskopowa, System archiwizacji), które nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania i dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w projekcie umowy §2 ust. 7?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Część nr 1** - opis parametrów wymaganych - – zał. nr 5 do SWZ – Monitor Medyczny

Czy Zamawiający w pkt. 1 zgodzi się na zaoferowanie nieco większego monitora medycznego tj. do 27”?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymogów wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 1** - opis parametrów wymaganych - – zał. nr 5 do SWZ – Wideo-gastroskop

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pkt. 11 Wideogastroskopów z bocznym, zintegrowanym ze złączem głównym światłowodu, wodoodpornym złączem elektrycznym, odpowiednim do oferowanego procesora obrazu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymogów wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

*podpis osoby uprawnionej*